UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
Istituto per la Sicurezza Sociale

San Marino, 3 novembre 2026
Prot. n. 0553/2026/UE/GAPP
CHIARIMENTI

RIF. GARA N.26/G/UE/0016

Oggetto: **CHIARIMENTI SU GARA D'APPALTO INDETTA CON IL SISTEMA DELL'ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI TAVOLO TELECOMANDATO PER LA U.O.C. RADIOLOGIA DELL'I.S.S.**

In riferimento all'Asta Pubblica per la fornitura di Tavolo Telecomandato per la U.O.C. Radiologia dell'I.S.S., indetta con Bando di Gara Prot. n. 0493/2026/UE/GAPP del 29 settembre 2026, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti, forniti dal Servizio Ingegneria Clinica e Innovazione Tecnologica.

Richiesta chiarimenti del 30/10/2026

- *Con riferimento alla caratteristica "Durata batteria", riportata nell'Allegato 1 al Capitolato Tecnico nella sezione "Detettore", si fa presente che i detettori dinamici, per loro natura tecnologica, sono collegati via cavo al sistema e non dispongono di batteria di alimentazione. Si chiede pertanto di confermare che tale caratteristica costituisce un refuso e che, risultando non applicabile alla tipologia di detettore richiesta, non sarà oggetto di valutazione né comporterà alcuna penalizzazione in sede di attribuzione del punteggio.*

Risposta: Con riferimento all'allegato del questionario tecnico, predisposto per la descrizione delle caratteristiche tecniche del sistema offerto, si precisa che, considerata l'esistenza di detettori dinamici portatili alimentati a batteria e dotati di sistema di ricarica, la riga indicata sarà utilizzata per rilevarne la relativa durata.
Si precisa, infine, che l'attribuzione del punteggio avverrà esclusivamente secondo le modalità e i criteri indicati nella documentazione di gara.

- *Con riferimento alla caratteristica "Gruppo di continuità per il funzionamento del sistema", riportata nell'Allegato 1 al Capitolato Tecnico nella sezione "Ulteriori caratteristiche (anche opzionali) disponibili", si chiede di confermare che l'opzione comprende la sola fornitura del gruppo di continuità (UPS). Restano escluse le attività di messa in opera, tra cui a titolo di esempio la predisposizione dei locali tecnici.*

Risposta: Sia il gruppo di continuità destinato al mantenimento in funzione della consolle di comando, sia quello previsto in opzione per l'intero sistema, sono da intendersi inclusi nella fornitura chiavi in mano e, pertanto, comprensivi di tutti gli oneri e delle predisposizioni necessarie per la corretta e completa installazione.

- *Vi chiediamo se con la proroga della data di scadenza per la presentazione delle offerte al 10/11/2026 ore 10:00, si intende prorogato anche il termine ultimo per la presentazione di chiarimenti (fino a tre giorni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte).*

Risposta: Si conferma che, a seguito della proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 10/11/2026, ore 10:00, è conseguentemente prorogato anche il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento, fissato a tre giorni precedenti la nuova data di scadenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CAPO ISTRUTTORE
Dott. Alex Piselli