

CARATTERISTICHE INSTALLAZIONE TELECOMANDATO ESISTENTE PHILIPS OMNI DIAGNOST ELEVA

LEGGENDA

A FORNITO ED INSTALLATO DALLA PHILIPS

B FORNITO ED INSTALLATO DAL CLIENTE/FORNITORE

C FORNITO DALLA PHILIPS ED INSTALLATO DAL CLIENTE/FORNITORE

D ESISTENTE

E FUTURO

NR. OGGETTO

		DESCRIZIONE	WEIGHT KG	POTENZA STAND BY	.DISS. (WATT) MEDIA	IN FUNZION.
A 1		CONSOLLE CONTROLLO O.D. ELEVA	.			900
A 2		BOX INTERCONNESSIONI (A PARETE SOTTO TAVOLO)				
A 3		TAVOLO OMNIDIAGNOST ELEVA	1300			1700
A 4		ARMADIO GENERATORE	232	3800		5000
A 5		ARMADIO ALIMENTAZIONI	300			
A 6		ARMADIO PERIFERICHE	166			
A 7		ARMADIO IMAGING	202			
A 8		UNITA' RAFFREDDAMENTO TUBO				
A 9		RICEVITORE INFRAROSSI				
A 10		MD PEDESTAL (OPZIONALE)				
A 11		MONITORS SU CARRELLO	60		80	
A 12		PANNELLO SEGNALAZIONI				
A 13		UPS PER DSI			300	
A 14		ARMADIO DOCUMENTAZIONE				
15		SOSPENSIONE PENSILE PER I MONITORS (OPZIONALE)				

ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ARMADIO GENERATORE RX	ARMADIO MAIN
TENSIONE	(3F+N+T) 380v +/-10%	(3F+N+T) 380v +/-10%
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz
POTENZA NOM.:	33 kVA	11 kVA
CORRENTE ISTANTANEA MAX:	240 A	-
MAX IMPEDENZA DIRETE:	0.150 ohm	-
FUSIBILI AD AZIONE RITARD.:	50 A	45 A